

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12
Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-122
Единый адрес: egc@nt-rt.ru | ecoyug.nt-rt.ru

РЕЙКА ВОДОМЕРНАЯ ГР-104

ТУ 08-86-66

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Рейка водомерная ГР-104 предназначена для измерения высоты уровня воды на свайном водомерном посту.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1. Пределы измерения, см. _____ 0-100
2.2. Погрешность измерения, см. _____ + 0.5
2.3. Цена деления, см. _____ 1
2.4. Габариты, мм. _____ 25X1120
2.5. Вес, кг. _____ 0,7

3. ОПИСАНИЕ

Рейка водомерная переносная представляет собой трубу, в один конец которой заподлицо с ее торцевой поверхностью вмонтирована металлическая трубка, на другой конец надета ручка.

На наружной поверхности от нижнего ее конца в направлении к ручке нанесена шкала, имеющая 100 делений. Оцифровка шкалы дана через каждые 10 см.

Для измерения высоты уровня воды рейку устанавливают вертикально на головку сваи водомерного поста.

4. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И УПАКОВКА

Рейка водомерная должна храниться в сухом проветриваемом помещении. В помещении для хранения не должно быть летучих веществ или паров кислот.

Для транспортировки рейки укладываются в упаковочный ящик по 25 штук в каждом.

На крыше должны быть нанесены черной краской четкие надписи: «Осторожно», «Не бросать», а с боков индекс изделия, номер тары и другие надписи, необходимые для транспортировки.

Транспортировка реек водомерных допускается всеми видами транспорта.

5. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК РАБОТЫ

Гарантийный срок непрерывной работы водомерной рейки устанавливается в два года со дня выпуска заводом изготовителем, при условии соблюдения правил эксплуатации, хранения и транспортировки.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Рейка водомерная ГР-104 заводской* № _____

Соответствует техническим условиям ТУ 08-86-66 и признана годной к эксплуатации.

Дата изготовления _____

Штамп ОТК _____

Первичная поверка _____

(личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц, ответственных за приемку изделия)